

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: Pedido de Esclarecimento

Pregão Presencial 031/2016

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., CNPJ sob o n.º 58.295.213/0018-16, sediada na Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, n.º 400, cep: 33400-000, Lagoa Santa – MG, por ser sociedade distribuidora e fabricante de equipamentos médico-hospitalares, DENTRE OS QUAIS EQUIPAMENTOS DE RADIOGRAFIA, exigidos nos autos deste Pregão, tipo menor preço, vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos da Lei 10.520/2002, Decreto 3.555/2000, e das razões abaixo:

Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que faz-se necessária a apresentação de esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas licitantes, nos tópicos a saber:

ITEM 01 - APARELHO DE RAIOS X

DO EDITAL:

Mesa Bucky tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 180 kg

Solicitamos esclarecer quanto a possibilidade de aceitarmos capacidade de 160kg. Esse valor atende ao perfil da população brasileira perfeitamente e permite um maior número de empresas a participarem do pregão, o que é benéfico ao órgão.

Deslocamento longitudinal padrão do tampo: mínima de +/- 600mm

Solicitamos esclarecer quanto a possibilidade de aceitar movimento longitudinal de ± 470 mm. Essa diferença mínima não acarreta nenhum prejuízo clínico, visto que outras partes do equipamento, como a estativa porta-tubo, se movimentam também, o que compensa esse movimento extra, solicitado pelo edital. Garantimos que o deslocamento de nossa mesa atende a todas as necessidades do órgão, sendo possível posicionar o paciente para realização de qualquer tipo de procedimento radiológico que seja necessário o uso da mesa.

Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 130cm

Solicitamos esclarecer quanto a possibilidade de aceitar deslocamento vertical do bucky mural de 120cm. Nosso valor é suficiente para realização de todos os exames que forem necessários utilizar o bucky mural. Qualquer movimento extra que for necessário, pode ser feito movimentando-

se a estativa porta-tubo, que possui um amplo valor de movimento vertical. Logo, combinando os movimentos verticais da estativa porta-tubo e do bucky mural, conseguimos atender perfeitamente as necessidades do órgão.

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta ao presente para os e-mails: Leonardo.moraes.santos@philips.com e avelino.figueira@philips.com.

Atenciosamente,

Lagoa Santa, 08 de setembro de 2016.



LEONARDO DE MORAES DOS SANTOS
LICITAÇÕES